

福爾血氧濃度計快速操作步驟

步驟 1

按中間電源鍵



步驟 2

夾手指

(手指頂到底部，建議食指、
中指、無名指)



步驟 3

等待 5~10 秒量測

(量測時保持手部靜止不要說話。
若 10 秒未出現值，請再耐心等待)



步驟 4

觀看測量結果

(SPO2 代表血氧濃度，
BPM 代表心跳)

